

【濃度項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後: 除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(101) グルコース				単位: mg/dL							
S-1	196	198.2	8.7	4.41	192	198.7	2.6	1.33	190	205	4	2.0
S-2	196	84.8	8.5	10.02	192	84.3	1.5	1.74	80	89	4	2.0
検査項目	(102) 総ビリルビン				単位: mg/dL							
S-1	193	3.08	0.13	4.18	191	3.08	0.12	3.83	2.8	3.4	2	1.0
S-2	193	0.74	0.07	9.38	192	0.74	0.07	9.08	0.6	0.9	1	0.5
検査項目	(104) ナトリウム				単位: mmol/L							
S-1	180	134.2	1.1	0.81	178	134.2	1.0	0.76	132	137	2	1.1
S-2	180	143.3	1.4	0.94	178	143.4	1.1	0.79	140	146	2	1.1
検査項目	(105) カリウム				単位: mmol/L							
S-1	180	3.77	0.05	1.24	180	3.77	0.05	1.24	3.7	3.9	0	0.0
S-2	180	5.24	0.06	1.14	179	5.24	0.06	1.08	5.1	5.4	1	0.6
検査項目	(106) クロール				単位: mmol/L							
S-1	180	97.7	1.4	1.48	179	97.8	1.4	1.44	95	101	1	0.6
S-2	180	103.6	1.1	1.09	178	103.6	1.1	1.03	101	106	2	1.1
検査項目	(107) カルシウム				単位: mg/dL							
S-1	175	7.09	0.17	2.44	175	7.09	0.17	2.44	6.6	7.6	0	0.0
S-2	175	9.60	0.17	1.81	172	9.61	0.16	1.64	9.3	10.1	3	1.7
検査項目	(108) 無機リン				単位: mg/dL							
S-1	144	2.56	0.09	3.39	144	2.56	0.09	3.39	2.4	2.8	0	0.0
S-2	144	6.28	0.10	1.61	142	6.28	0.09	1.51	6.0	6.5	2	1.4
検査項目	(109) 血清鉄				単位: μg/dL							
S-1	138	83.9	2.3	2.73	135	84.1	1.9	2.30	80	89	3	2.2
S-2	138	178.5	3.8	2.15	138	178.5	3.8	2.15	168	186	0	0.0
検査項目	(110) マグネシウム				単位: mg/dL							
S-1	95	1.58	0.08	5.31	94	1.59	0.08	5.31	1.4	1.8	1	1.1
S-2	95	3.19	0.10	3.09	93	3.19	0.09	2.80	3.0	3.4	2	2.1
検査項目	(111) 総蛋白				単位: g/dL							
S-1	194	5.71	0.09	1.60	190	5.71	0.08	1.40	5.5	5.9	4	2.1
S-2	194	8.22	0.13	1.59	191	8.23	0.12	1.47	7.9	8.5	3	1.5
検査項目	(112) アルブミン				単位: g/dL							
S-1	192	3.55	0.08	2.36	187	3.56	0.07	2.08	3.4	3.7	5	2.6
S-2	192	5.14	0.26	5.02	191	5.12	0.12	2.33	4.8	5.4	1	0.5
検査項目	(113) 尿酸				単位: mg/dL							
S-1	190	7.43	2.19	29.46	187	7.28	0.11	1.52	7.0	7.6	3	1.6
S-2	190	5.69	0.11	1.96	184	5.70	0.09	1.52	5.5	5.9	6	3.2
検査項目	(114) 尿素窒素				単位: mg/dL							
S-1	194	37.41	0.78	2.08	193	37.39	0.75	2.00	35.4	39.6	1	0.5
S-2	194	13.70	0.38	2.77	192	13.69	0.36	2.60	12.7	14.6	2	1.0
検査項目	(115) クレアチニン				単位: mg/dL							
S-1	194	2.746	0.046	1.67	193	2.747	0.044	1.61	2.63	2.87	1	0.5
S-2	194	0.794	0.033	4.15	189	0.794	0.028	3.53	0.72	0.88	5	2.6

【濃度項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後: 除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(116) 総コレステロール				単位: mg/dL							
S-1	186	143.9	2.4	1.70	182	143.8	1.9	1.35	138	148	4	2.2
S-2	186	209.9	3.5	1.65	184	209.7	3.0	1.44	201	218	2	1.1
検査項目	(117) 中性脂肪				単位: mg/dL							
S-1	187	78.3	1.6	2.04	185	78.2	1.5	1.86	74	82	2	1.1
S-2	187	114.4	2.5	2.22	182	114.2	2.0	1.75	108	120	5	2.7
検査項目	(118) HDL-コレステロール				単位: mg/dL							
S-1	180	45.7	1.5	3.24	177	45.7	1.4	2.99	43	49	3	1.7
S-2	180	66.4	2.8	4.14	180	66.4	2.8	4.14	61	73	0	0.0
検査項目	(119) LDL-コレステロール				単位: mg/dL							
S-1	183	83.8	2.3	2.76	181	83.9	2.1	2.49	80	90	2	1.1
S-2	183	122.1	3.9	3.23	175	121.9	3.0	2.48	114	131	8	4.4
検査項目	(120) C反応性蛋白定量				単位: mg/dL							
S-1	197	3.909	0.123	3.16	192	3.906	0.102	2.60	3.62	4.20	5	2.5
S-2	197	0.377	0.023	6.01	195	0.377	0.022	5.71	0.32	0.44	2	1.0
検査項目	(134) ヘモグロビンA1c (NGSP値)				単位: %							
H-1	183	5.49	0.26	4.70	181	5.47	0.13	2.31	5.1	5.8	2	1.1
H-2	183	8.58	0.32	3.71	178	8.59	0.17	2.02	8.1	9.2	5	2.7