

【ドライケミストリー濃度項目 項目別統計表】

除外方法:除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後:除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(151) グルコース ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	14	193.9	4.6	2.37	14	193.9	4.6	2.37	187	203	0	0.0
S-2	14	85.9	2.0	2.28	14	85.9	2.0	2.28	81	89	0	0.0
検査項目	(152) 総ビリルビン ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	16	3.08	0.27	8.65	16	3.08	0.27	8.65	2.8	3.6	0	0.0
S-2	16	0.72	0.11	15.43	16	0.72	0.11	15.43	0.6	1.0	0	0.0
検査項目	(154) ナトリウム ドライケミストリー法				単位:mmol/L							
S-1	17	134.9	1.6	1.19	17	134.9	1.6	1.19	131	137	0	0.0
S-2	17	146.0	1.8	1.21	17	146.0	1.8	1.21	143	148	0	0.0
検査項目	(155) カリウム ドライケミストリー法				単位:mmol/L							
S-1	17	3.73	0.07	1.84	17	3.73	0.07	1.84	3.6	3.9	0	0.0
S-2	17	5.34	0.08	1.47	17	5.34	0.08	1.47	5.2	5.5	0	0.0
検査項目	(156) クロール ドライケミストリー法				単位:mmol/L							
S-1	17	95.9	1.6	1.67	17	95.9	1.6	1.67	93	100	0	0.0
S-2	17	103.2	2.7	2.64	16	102.7	1.6	1.54	99	104	1	5.9
検査項目	(157) カルシウム ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	13	6.78	0.47	6.87	13	6.78	0.47	6.87	5.5	7.3	0	0.0
S-2	13	9.58	0.43	4.48	13	9.58	0.43	4.48	8.6	10.4	0	0.0
検査項目	(158) 無機リン ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	6	2.80	0.11	3.91	6	2.80	0.11	3.91	2.7	3.0	0	0.0
S-2	6	6.58	0.22	3.39	6	6.58	0.22	3.39	6.4	7.0	0	0.0
検査項目	(159) 血清鉄 ドライケミストリー法				単位:μg/dL							
S-1	2	85.5	2.1	2.48	2	85.5	2.1	2.48	84	87	0	0.0
S-2	2	208.5	3.5	1.70	2	208.5	3.5	1.70	206	211	0	0.0
検査項目	(161) 総蛋白 ドライケミストリー法				単位:g/dL							
S-1	14	5.71	0.21	3.60	14	5.71	0.21	3.60	5.5	6.2	0	0.0
S-2	14	8.39	0.25	3.01	14	8.39	0.25	3.01	8.1	9.0	0	0.0
検査項目	(162) アルブミン ドライケミストリー法				単位:g/dL							
S-1	11	3.55	0.27	7.69	11	3.55	0.27	7.69	3.2	3.9	0	0.0
S-2	11	5.23	0.21	4.02	11	5.23	0.21	4.02	4.8	5.5	0	0.0
検査項目	(163) 尿酸 ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	13	7.11	0.33	4.68	13	7.11	0.33	4.68	6.2	7.4	0	0.0
S-2	13	5.79	0.13	2.17	13	5.79	0.13	2.17	5.5	6.0	0	0.0
検査項目	(164) 尿素窒素 ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	18	38.53	1.22	3.17	17	38.31	0.80	2.09	36.9	40.0	1	5.6
S-2	18	14.03	1.03	7.33	16	14.36	0.26	1.81	14.0	14.9	2	11.1
検査項目	(165) クレアチニン ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	18	2.647	0.093	3.52	18	2.647	0.093	3.52	2.40	2.80	0	0.0
S-2	18	0.793	0.090	11.30	18	0.793	0.090	11.30	0.70	1.00	0	0.0
検査項目	(166) 総コレステロール ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	9	139.0	7.7	5.53	9	139.0	7.7	5.53	130	157	0	0.0
S-2	9	216.1	11.2	5.19	9	216.1	11.2	5.19	200	232	0	0.0

【ドライケミストリー濃度項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後:除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(167) 中性脂肪 ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	10	88.3	2.4	2.67	10	88.3	2.4	2.67	86	91	0	0.0
S-2	10	151.2	7.1	4.72	10	151.2	7.1	4.72	139	161	0	0.0
検査項目	(168) HDL-コレステロール ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	9	40.3	3.0	7.54	9	40.3	3.0	7.54	33	44	0	0.0
S-2	9	63.7	3.5	5.44	9	63.7	3.5	5.44	58	69	0	0.0
検査項目	(170) C反応性蛋白 ドライケミストリー法				単位:mg/dL							
S-1	14	4.476	0.394	8.80	14	4.476	0.394	8.80	4.00	5.26	0	0.0
S-2	14	0.591	0.313	52.95	14	0.591	0.313	52.95	0.30	1.15	0	0.0